

クロマトチェッカー(残留抗生物質簡易チェックユニット)

ALT-9A98

※他の検査キットの対応も可能です。お問い合わせください




ALT-9A98

対象検査キット
(付属しません)

MILK DOCTOR BETA
(オリエンタル インストルメンツ株式会社)
生乳中のβラクタム系抗生物質の
スクリーニング定性検査

代表的検出抗生物質: ペニシリン、セフトロフル、セファゾリン
セファロニウム、ナフシリン、セファピリン
セフロキシム、クロキサシリン、ジクロキサシリン
セフキノム、セファレキシン



■概要

試験片をユニットにセットするだけで試験片の呈色の度合いをデジタル的に表示します。

呈色度合いの判断を数値で行う事ができるため、熟練度は必要なく、誰でも何処でも手軽に簡易検査が実施できます。

■仕様

検出方式	BAR反射光量検出方式
測定試験片	5mmx65mmx1mm(MILK DOCTOR BETA) 片端面基準
センサ移動	速度5~35mm/sec 距離Max10mm 超音波マイクロアクチュエータ
判定レベル	標準サンプル基準に対するデジタル表示及び陽性判定
判定結果記憶	データメモリ100サンプル
LCD表示/測定時間	16ケタ×2 LCD 測定時間 約6秒
電源	DC3V アルカリ乾電池 単3x2本
外形/重量	89x148x32mm 290g(電池込み)
使用温度範囲	0~40℃

⚠ レーザ製品の放射安全基準(JIS C 6802)を遵守して、レーザクラスに従ってご使用ください。 ⚠ 仕様は予告なく変更する場合があります。

エーエルティー株式会社

〒176-0014 東京都練馬区豊玉南1-21-10
TEL: 03(5946)7336 FAX: 03(5946)7316
Website: <http://www.alt.co.jp> E-mail: info@alt.co.jp
明日を拓く、光MEMSスキャナ(特設サイト): <http://www.alt.jp>